



CI N° 56/2021 – DAS/ATSB
De: Área Técnica de Saúde Bucal

Data: 21/09/2021

Para: Diretoria de Atenção à Saúde; Coord. Ações Estratégicas; Assessoria.
Comissão de Licitação

**Assunto: Resposta a Comissão de Licitação quanto ao
ao questionamento da MedicorDigital referente ao Pregão Eletrônico N° 0201/2021**

Segue segue esclarecimento quanto ao questionamento de empresa interessada em participar do PE 201/2021, cujo objeto é o Registro de preço para contratação de empresa especializada em manutenção preventiva, manutenção corretiva (reposição de acessórios e/ou peças, pintura, estofamento de cadeiras e mochos), instalação/desinstalação de equipamentos e avaliação técnica, em equipamentos odontológicos e seus componentes da Secretaria Municipal de Saúde de Camaçari.

A Área Técnica de Saúde Bucal no intuito de responder ao as questões da Empresa MedicorDigital vêm afirmar que;

Quanto relação dos equipamentos/instrumentos de calibração do edital abaixo de Camaçari. Pois o edital está exigindo os certificados de calibração dos equipamentos/instrumentos de medição e calibração

A calibração e aferição de instrumentos de medição, além de indispensável para garantir a precisão dos pesos e medidas gerados pelos equipamentos, é um processo essencial para atender às exigências de alguns órgãos governamentais

O processo de calibração e aferição de instrumentos de medição é indicado para qualquer aparelho que sirva para medir, tais como:

Paquímetros, multímetros e micrômetros;
Trenas até 50 m;
Balanças analíticas, semianalíticas e comerciais;
Luxímetros e dinamômetros;
Termômetros;
Pipetas automáticas;
Muflas;
Centrifugas;
Ultrafreezers;
Vidrarias;
Incubadora;
Leitora de elisa;
Shaker de bancada e de chão.

Tiago Novais

Área Técnica de Saúde Bucal